

「人工呼吸管理ポケットガイド」〈初版1刷〉正誤表

(2018年9月現在)

「人工呼吸管理ポケットガイド」〈初版1刷〉をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

23頁 図2-6 右側

(誤) ✓血流○ー肺尖部
✓血流○：正常
✓血流○ー肺底部

(正) ✓血流Qー肺尖部
✓血流Q：正常
✓血流Qー肺底部

33頁 表3-7

(誤)

適応
・
・
・
処置時
・挿管前酸素化
・気管支鏡検査
・上部内視鏡検査
・“自発呼吸あり”、“NIV考慮するも閉所恐怖などで装着不可能”

(正)

適応
・
・
・
処置時
・挿管前酸素化
・気管支鏡検査
・上部内視鏡検査
“自発呼吸あり”、“NIV考慮するも閉所恐怖などで装着不可能”

35頁 上から9行め

(誤) ・マスクフィッティングが容易でリーフが少ない。

(正) ・マスクフィッティングが容易でリークが少ない。

56頁 図7-9の下

(誤) ・代表的なモードである量換気VACV (矩形波・呼気ポーズあり) の…

(正) ・代表的なモードである量換気VACV (矩形波・吸気ポーズあり) の…

58頁 下から10行め

(誤) ・0.8～1,2秒で設定

(正) ・0.8～1.2秒で設定

93頁 下から14行め

(誤) ④血行動態不安定：心原性性ショック

(正) ④血行動態不安定：心原性ショック

103頁 上から2行め 鑑別診断

(誤) ・①無気肺, ②肺塞栓, ③ARDS, ④肺出血, …

(正) ・①無気肺, ②肺塞栓, ③ARDS, ④肺胞出血, …